



## INFORMACIÓN AFECTADAS POR PRÓTESIS MAMARIAS POLY IMPLANT (PIP)

Los **implantes mamarios de fabricación francesa, Poly Implants Prothèses (PIP)**, han sido prohibidos y retirados en varios países por la utilización de materiales fabricados con un gel de silicona diferente del declarado y evaluado para la obtención del certificado CE necesario para comercializar las prótesis en la Unión Europea.

El **Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios**, garantiza, en su Capítulo 3, la **Protección de la Salud y Seguridad** de los Consumidores estableciendo que los bienes puestos en el mercado deben ser seguros y que no presenten riesgo alguno para la salud o seguridad de las personas.

Para hacer valer sus derechos como consumidora puede dirigirse a los organismos competentes en Consumo de las **Comunidades autónomas**; a las **Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC)** y a **Asociaciones de Consumidores** <http://www.consumo-inc.gob.es/guiaCons/quien.htm>

El **Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI)** está en permanente contacto con el grupo de trabajo creado con el mismo fin por la Comisión Europea para llevar a cabo una actuación coordinada en Europa y realizar los estudios de seguridad correspondientes y velar en todo momento por la salud y bienestar de las mujeres afectadas.

- **Teléfono de información del MSSSI: 901 400 100.**
- **Teléfono de información de la AEMPS: 902 101 322.** ( Coste de la llamada 0,067€ )

Para más información puede acceder a las páginas informativas de la [Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios \(AEMPS\)](#), que sugiere, entre otras recomendaciones:

- concertar una cita con su cirujano para someterse a un seguimiento de sus prótesis con el fin de comprobar el estado de las mismas. Este seguimiento debe incluir un control ecográfico anual o con una frecuencia mayor a criterio del cirujano.
- En el caso en que se detecte o sospeche la rotura de las prótesis, debe procederse a su explantación.